

Бр.
N°

802/12

31. 07. 2020.

БЕОГРАД, Ровињска 12, П.О. ВОХ 42
БЕОГРАД, Ровињска 12, Фах 42

У складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Геолошког завода Србије доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за набавку добара Опрема за лабораторију-ICP, ЈН 115/2020

Назив наручиоца	Геолошки завод Србије
Адреса наручиоца	Ровињска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца	www.gzs.gov.rs
Врста наручиоца	Орган државне управе
Врста предмета	Добра
Опис предмета набавке	Аналитички инструмент ICP/OES
Назив и ознака из општег речника набавке	Спектрометри-3843300
Уговорена вредност	7.083.300,00 динара без ПДВ-а 8.499.960,00 динара са ПДВ-ом
Критеријум за доделу уговора	Економски најповољнија понуда
Број примљених понуда	2
Основни подаци о добављачу којем је додељен уговор	HEMOLAB д.о.о. ул. Јурија Гагарина 14 а/5, 11070 Нови Београд
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача	Понуђач је понуду поднео самостално
Рок за закључење уговора	У року од 8 дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права
Период важења уговора	Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до обостраног испуњења свих уговорених обавеза
Околности које представљају основ за измену уговора	Виша сила

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подаци из стручне оцене понуда:

Критеријум за оцењивање понуде је **економски најповољнија понуда** са следећим елементима критеријума и методологијом додељивања пондера по елементима критеријума:

1. Најнижа понуђена цена	55 пондера
2. Техничке предности	45 пондера

Укупан број пондера

100 пондера

1. Најнижа понуђена цена:

Понуди са најнижом понуђеном ценом додељује се 55 пондера. Број пондера који се додељује осталим понудама се израчунава према следећој формулама:

$$55 \times \frac{\text{најнижа понуђена цена}}{\text{понуђена цена}}$$

Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена без ПДВ-а за захтевану количину добра из Обрасца понуде, а у складу са Спецификацијом предмета јавне набавке.

2. Техничке предности:

Максималан број пондера који се може остварити у складу са овим критеријумом је 45 пондера. Под "техничким предностима" подразумевају се додатне карактеристике уређаја, које се бодују на начин који је представљен у Табели.

Табела Техничке карактеристике које се додатно бодују као техничке предности:

Редни број	Карактеристика	Опције	Број пондера
1.	Хлађење оптичког "interface"-а и читавог инструмента	Само ваздухом	10
		Водом или неким другим флуидом са екстерног хладњака или чесме	1
2.	Снага RF генератора	> 1650 W	10
		< 1650 W	1
3.	Ефикасност RF генератора	> 85%	10
		< 85%	1
4.	Број детектора	> 3	10
		1-3	1
5.	Термостабилисаност оптике и детектора	< 20°C	5

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума економски најповољнија понуда:

Елементи критеријума	Назив понуђача	Најнижа понуђена цена	Хлађење оптичкого "interface"-а и читавог инструмента	Снага RF генератора	Ефикасност RF генератора	Број детектора	Термостабилисаност оптике и детектора	Укупно пондера
			Само ваздухом					
1	HEMOLAB д.о.о. ул. Јурија Гагарина 14а/5, 11070 Нови Београд, заведена под бројем 1096 од 27.07.2020. године, у 9.40. сати.	55	10	10	1	10	5	91

Образложение одлуке:

Наручилац је примио две понуде, а приликом стручне оцене понуда констатовано је следеће:

-Понуда коју је доставио SUPERLAB д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр.25, 11070 Нови Београд прелази износ процењене вредности набавке, понуђач није испунио додатни услов за кадровски капацитет, односно није доставио копије обрасца М-За, М или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, као ни уговоре о раду за та лица, доставио је само сертификате за сервисе производа опреме, такође прегледом каталога са техничким спецификацијама који је понуђач доставио, утврђено је да инструмент не испуњава две основне техничке карактеристике:

- 1) да има хоризонтални положај бакље, јер у каталогу стоји да инструмент има вертикални положај бакље;
- 2) да RF генератор има фреквенцију 27 MHz, јер у каталогу стоји да RF генератор има фреквенцију 40 MHz.

Из наведених разлога понуда се одбија као неприхватљива.

-Понуда коју је доставио HEMOLAB d.o.o. ул. Јурија Гагарина 14 a/5, 11070 Нови Београд, заведена под бројем 1096 од 27.07.2020. године, у 9.40. сати сати, је у складу са условима конкурсне документације односно у потпуности испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом. Понуђач је понудио цену у износу од 7.083.300,00 динара без ПДВ-а, а која не прелази износ процењене вредности јавне набавке и сматра се прихватљивом у складу са чланом 3. став 1. тачка 33). Закона о јавним набавкама.

Уговор се додељује у складу са финансијским планом Геолошког завода Србије, Планом јавних набавки за 2020. годину и са процењеном вредношћу јавне набавке.

У складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлука о додели уговора о јавној набавци објављује се на интернет страници Геолошког завода Србије и Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

У Београду, дана 31.07.2020. године.



ДИРЕКТОР
Проф. др Драгоман Рабреновић